

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Nr sprawy 15/SK/TOS/2017

1. ZAMAWIAJACY.

1.1. Nazwa i adres: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o., ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, 97-400 Bełchatów.

1.2. Adres strony internetowej zamawiającego: www.wodkan-belchatow.pl

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

2.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa uniwersalnego czujnika dyferencyjnego pH z zintegrowaną elektroniką AD (HACH LANGE) z wyposażeniem o parametrach:

a) uniwersalny czujnik pH (Hach Lange) – 2 szt.:

- czujnik temperatury: Termistor NTC 300 Ω do automatycznej kompensacji temperatury i odczytu temperatury analizatora;
- czułość: ± 0.01 pH;
- długość: 271.3 mm;
- długość kabla: 10 m PUR (poliuretan) 4- przewodowy z jedną osłoną, temp. do 105 °C;
- dokładność: ± 0.02 pH;
- dokładność temperatury: ± 0.5 °C;
- dryft: 0,03 pH przez 24 godziny, nieskumulowany;
- głębokość zanurzenia: zanurzenie do 107 m/1050 kPa;
- gwint czujnika: 1-calowy NPT;
- kabel czujnika: 10 m, Poliuretan, kabel 4 - przewodowy z jedną osłoną, wyskalowany do 105 °C;
- kompensacja temperatury: automatyczny z termistorem NTC 300 Ω lub ręczny z temperaturą wprowadzaną przez użytkownika, dostępne dodatkowe współczynniki korekcji temperatury (amoniak, morfolina lub zdefiniowane przez użytkownika nachylenie liniowej funkcji pH/°C) dla automatycznej kompensacji w przypadku czystej wody od 0,0 do 50 °C;
- komunikacja: Modbus;
- materiał obudowy: stal szlachetna;
- materiały stykające się z medium: stal szlachetna, ryton, szkło, tytan, uszczelka z tworzywa Viton;
- metoda kalibracji: dwupunktowa automatyczna, jednopunktowa automatyczna, dwupunktowa ręczna, jednopunktowa ręczna;
- odległość transmisji: 1000 m maksimum osiągalne tylko podczas korzystania ze skrzynki połączeniowej 100 m (328 stóp), maksymalnie;
- podłączenie kabla: cyfrowy;
- powtarzalność: ± 0.05 pH;
- średnica: 35.4 mm;
- typ elektrody: ogólnego zastosowania;
- waga: 0.870 kg;
- warunki przechowywania: od 4 do 70 °C, od 0 do 95 % wilgotności względnej (bez kondensacji);
- współczynnik przepływu: 3 m na sekundę, maksymalnie;

- zakres ciśnienia: maksymalnie 2 bar nadciśnienia;
- zakres pomiarowy: 0 - 14 pH;
- zakres temperatury pracy: -5 - 75 °C.

b) armatura mocująca do barierki (obrotowa) -1szt.:

- długość: rura: 2000 mm;
- materiał: części stykające się z medium: rura SS 1.4301; adapter czujnika PVC; zestaw śrubek SS;
- średnica: 40 mm;
- urządzenie : odpowiednia dla czujników DO 1" NPT;
- waga: tylko element podnoszący: 4.9 kg.

c) wewnętrzna karta Profibus DP do SC1000 – 2szt.

d) moduł filtra do FILTRAX – 1szt.

e) adapter czujnika 1 7/8"-1", PVC, do armatury LDO – 4szt.

f) kabel przedłużający (pomiędzy przetwornikiem a sondą sc) długości 10m – 1szt.:

- całkowita osłona: Cu-netting, tinned;
- długość kabla: 10 m;
- kodowanie przewodu:AWG 22: brown (+1V DC), Black (circuit common), AWG 26: white (data -), blue (data +);
- materiał: CU: AWG 22 - 19×0.15mm; AWG 26 - 18×0.10mm;
- oporność falowa: ca. 90 Ω at 1 kHz, AWG 26 pairs, ca. 95 Ω at 1 kHz, AWG 22 pairs;
- oporność przewodu: max. 106 Ω/km AWG 22 at 20° C (loop), max. 260 Ω/km AWG 26 at 20°C (loop);
- opór izolujący: ≥ 20 MΩ × km at 20 °C;
- średnica, zewnętrzna: 6.8 mm ± 0.3 mm;
- zakres temperatury pracy:- 80 °C Fixed Installation.

Wymagany minimalny okres gwarancji 24 miesiące.

Dostawa odbędzie się na koszt i ryzyko Wykonawcy na teren Oczyszczalni Ścieków Bełchatów mieszczącej się przy ul. Piotrkowskiej 110.

Pozostałe informacje i warunki zawarte zostały w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

2.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

2.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

2.4. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

3. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.

3.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca winien jest wykazać;
- b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca winien jest wykazać;

- c) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca winien jest wykazać;
 - d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca winien jest wykazać;
 - e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
- 3.2.** Z postępowania zostaną wykluczeni Wykonawcy w przypadku wystąpienia przesłanek zawartych w § 10 Regulaminu.
- 3.3.** Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie.
- 3.4.** Oferta Wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą.
- 3.5.** Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
- a) jest niezgodna z Regulaminem;
 - b) jej treść nie odpowiada treści istotnych warunków zamówienia;
 - c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 - d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
 - e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
 - f) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie § 21 ust. 20 Regulaminu udzielania zamówień lub błąd w obliczeniu ceny;
 - g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczaniu ceny;
 - h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
- 3.6.** Ocena spełnienia warunków dokonywana będzie na podstawie oświadczeń Wykonawcy i złożonych dokumentów wymienionych w punkcie 6 niniejszej SIWZ na zasadzie spełnia – nie spełnia.

4. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

- 4.1.** Wypełniony i podpisany formularz ofertowy, wg wzoru, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
- 4.2.** Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ złożone w formie oryginału i podpisane przez osobę/osoby uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
- 4.3.** Parafowany na znak akceptacji projekt umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.
- 4.4.** Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert - złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność przez osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.
- 4.5.** Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert.
- 4.6.** W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia.

- 4.7. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez zaoferowany produkt wymagań Zamawiającego – karta katalogowa produktu.
- 4.8. Jeżeli ofertę składają podmioty występujące wspólnie, każdy z podmiotów zobowiązany jest załączyć do oferty dokumenty wymienione w pkt. 4.2., 4.4. i 4.5.
- 4.9. Wszystkie dokumenty winny złożone być w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność przez osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.

5. PROCEDURA.

- 5.1. Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z zapisami §15 Regulaminu udzielania zamówień w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o., zwanego dalej Regulaminem, określającym warunki i zasady udzielania zamówień, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 132 oraz art. 133 ust. 1 (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 póź. zm.). Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.wodkan-belchatow.pl.
- 5.2. Kryteria oceny ofert:
 - Cena - 100%.

6. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE.

- 6.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wodkan-belchatow.pl.
- 6.2. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie udziału w postępowaniu: **07.03.2017 r. do godz. 09.45** w siedzibie Zamawiającego, p. 100 (Kancelaria Zamawiającego).
- 6.3. Termin i miejsce otwarcia ofert: **07.03.2017 r. godz. 10.00** w siedzibie Zamawiającego p. 110.
- 6.4. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Belchatów dn. 22.02.2017 r.

Zatwierdził:
Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny
mgr Piotr Kopek
Wiceprezes Zarządu Dyrektor Operacyjny
mgr inż. Piotr Pierzchała