

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Nr sprawy 2/SK/NL/2012

I. ZAMAWIAJĄCY:

1. Nazwa i adres: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN.” Sp. z o.o., ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, 97-400 Bełchatów.
2. Adres strony internetowej zamawiającego: www.wodkan-belchatow.pl

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa 1 szt. dygestorium do ogólnych prac laboratoryjnych”.

Parametry techniczne:

- ✓ Wymiary: (1800 x 900x 2400) wysokość dopasowana do pomieszczeń ok. 2,9 m, minimalny wymiar powierzchni roboczej blatu 1740 x 750 mm.
- ✓ Ceramiczny blat roboczy z ceramiki litej (lity spiek ceramiczny o grubości minimum 37 mm ze zintegrowanym podniesionym obrzeżem z czterech stron).
- ✓ Wyprofilowana krawędź przednia ułatwiająca aerodynamikę przy zasysaniu powietrza z blatu.
- ✓ Bezspoinowo podklejone pod blat ceramiczny, po jego prawej i lewej stronie dwa zlewiki o wymiarach minimum 280 mm x 80 mm.
- ✓ Wylewki wody wykonane z materiałów o właściwościach chemoodpornych , po dwie sztuki do każdego zlewiku.
- ✓ Krawędź blatu i miejsca łączenia zlewu z blatem glazurowane.
- ✓ Konstrukcja dygestorium samonośna , wykonana z profili stalowych lakierowanych proszkowo farbą epoksydową chemoodporną. Wyposażona w stopki z możliwością poziomowania, przeznaczone do dużych obciążeń.
- ✓ Ściany boczne komory manipulacyjnej wykonane z ceramiki wielkogabarytowej wymiar płyt minimum 1270 x 1270 mm.
- ✓ Sterowanie oświetleniem dygestorium z panela czujnika przepływu.
- ✓ Listwa armaturowa umieszczona tuż bod blatem musi zawierać: 4 zawory wody, 6 gniazd prądowych.
- ✓ Rama okna poruszająca się w płaszczyźnie pionowej z systemem zabezpieczającym przed swobodnym niekontrolowanym spadkiem. Wykonana w formie umożliwiającej przesuw szyb w płaszczyźnie poziomej - pozycja horyzontalna okna (ułatwia utrzymanie szyb w czystości). Wykonanie ramy z MDF nie dopuszcza się ram aluminiowych lub stalowych. Grubość ramy musi wynosić minimum 70 mm w celu zapewnienia odpowiedniej sztywności całej konstrukcji okna, uchwyt musi znajdować się na całej długości dolnego progu okna.
- ✓ Dolna szafka wentylowana o podwyższonej odporności chemicznej do podręcznego i krótkotrwałego przechowywania niebezpiecznych substancji, W całości w środku wyłożona anwidurem, wyposażona w dodatkowe kuwety z możliwością łatwego ich wyjmowania.
- ✓ Hermetyczne gniazda i wyłączniki elektryczne, w klasie ochrony minimum IP 44
- ✓ Dygestorium musi posiadać czujnik przepływu powietrza zgodnie z PN-EN 14175,

Czujnik powinien posiadać następujące funkcje:

- ✓ kontrolę wraz z sygnalizacją optyczną i akustyczną stanu alarmowego w przypadku spadku przepływu powietrza przez dygestorium poniżej minimalnej wartości zadanej,
- ✓ alarm zbyt wysoko podniesionego okna,
- ✓ wskazanie bieżącego przepływu powietrza w m³/h na cyfrowym wyświetlaczu LED,
- ✓ kontrolę i sygnalizację stanów awaryjnych,
- ✓ rozpoznanie i optyczną sygnalizację stanu zaniku napięcia zasilania,
- ✓ funkcję ciągłej pracy nawet po zaniku napięcia zasilania dzięki wbudowanemu akumulatorowi buforowemu.
- ✓ zabezpieczenie akumulatora przed uszkodzeniem wynikającym z całkowitego rozładowania w przypadku zbyt długiego zaniku napięcia zasilania,
- ✓ kontrolę przepływu powietrza podczas pracy w trybie zredukowanego przepływu.
- ✓ możliwość sterowania zewnętrzną sygnalizacją stanów alarmowych,
- ✓ sterowanie oświetleniem dygestorium,
- ✓ sygnalizację dźwiękową oraz optyczną po upływie określonego – zadawanego z klawiatury przez użytkownika czasu (minutnik),

- ✓ możliwość sterowania zasilaniem gniazdka z możliwością ustawienia timera - zadanego czasu, po którym napięcie w gniazdku zostanie odłączone,
- ✓ możliwość sterowania pracą wentylatora.

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również kompleksowy montaż i podłączenie do mediów oraz wentylacji, w związku z czym Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej.

Wymagany minimalny okres gwarancji – 36 miesięcy.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium..

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Wymagany termin wykonania zamówienia: do 31 marca 2012 roku.

III. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 - a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 - b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 - c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 - d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Z postępowania zostaną wykluczeni Wykonawcy w przypadku wystąpienia przesłanek zawartych w § 10 Regulaminu.
3. Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie.
4. Oferta Wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą.
5. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
 - a) jest niezgodna z Regulaminem,
 - b) jej treść nie odpowiada treści istotnych warunków zamówienia,
 - c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 - d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
 - e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert,
 - f) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie § 22 ust. 20 Regulaminu lub błąd w obliczeniu ceny,
 - g) Wykonawca w terminie 5 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczaniu ceny,
 - h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
6. Ocena spełnienia warunków dokonywana będzie na podstawie oświadczeń Wykonawcy i złożonych dokumentów wymienionych w punkcie 6 SIWZ na zasadzie spełnia – nie spełnia.
7. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
 - 7.1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy, wg wzoru, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
 - 7.2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ złożone w formie oryginału i podpisane przez osobę/osoby uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
 - 7.3. Parafowany na znak akceptacji projekt umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.

- 7.4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert - złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność przez osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.
- 7.5. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert.
- 7.6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia.
- 7.7. Jeżeli ofertę składają podmioty występujące wspólnie, każdy z podmiotów zobowiązany jest załączyć do oferty dokumenty wymienione w pkt. 7.4. i 7.5.

Wszystkie dokumenty winny złożone być w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność przez osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.

Oferta musi zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki wyszczególnione w pkt. 6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz dokumenty zawierające opis techniczny oferowanego sprzętu.

IV. PROCEDURA:

1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony prowadzony na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie.
2. Kryteria oceny ofert :
 - Cena – 100%.

V. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:

1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wodkan-belchatow.pl.
2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN.” Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, p. 100 (Kancelaria Zamawiającego).
3. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie udziału w postępowaniu: 22.02.2012 r. godz. 11.45 w siedzibie zamawiającego, p. 100 (Kancelaria Zamawiającego).
4. Termin i miejsce otwarcia ofert : 22.02.2012 r. godz. 12.00 w siedzibie zamawiającego, p. 110.
5. Termin związania ofertą : 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Bełchatów dn. 10.02.2012 r.

Podpisał:
Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny
mgr inż. Sylwester Melon